Załącznik nr 34.7

Stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem – 1 kpl.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
|---|---|---|---|
| 1. | Typ urządzenia:<br>- nazwa (model):<br>- numer katalogowy:<br>- producent:<br>- fabrycznie nowy, rok produkcji 2015: | TAK, podać | |
| 2. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do operacji barku | TAK | |
| 3. | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:<br>- regulacja wysokości,<br>- przechył boczny,<br>- przechył wzdłużny,<br>- przesuw wzdłużny blatu,<br>- regulacja oparcia pleców,<br>- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku<br>Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii | TAK | |
| 4. | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny od strony głowy pacjenta z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. | TAK | |
| 5. | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK | |
| 6. | Długość stołu z blatem min. 2100 mm | TAK, podać | |
| 7. | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK, podać | |
| 8. | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | TAK | |
| 9. | Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 730 do 1080 mm | TAK, podać | |
| 10. | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - $20^0$ do $+70^0$ | TAK, podać | |
| 11. | Zakres regulacji podgłówka min od - $40^0$ do $40^0$ | TAK, podać | |
| 12. | Regulacja przechyłu bocznego min +/- $25^0$ | TAK, podać | |
| 13. | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- $40^0$ | TAK, podać | |
| 14. | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - $90^0$ do $25^0$ | TAK, podać | |
| 15. | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° | TAK, podać | |
| 16. | Blat stołu co najmniej 8-cio segmentowy składający się z następujących segmentów:<br>- podgłówek specjalistyczny typu „hełm”<br>- cztero-częściowy segment oparcia pleców z odejmowanymi segmentami bocznymi<br>- segment lędźwiowy<br>- segment siedziska<br>- segmenty nóg dwuczęściowy | TAK, podać | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. | Regulacja segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami | TAK | |
| 18. | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK | |
| 19. | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK | |
| 20. | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK | |
| 21. | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. | TAK | |
| 22. | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg | TAK, podać | |
| 23. | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK, podać | |
| 24. | Elektrohydrauliczny przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 330 mm | TAK, podać | |
| 25. | Wyposażenie dodatkowe do stołu:<br>1. Dodatkowy zagłówek płytowy,<br>2. przystawka ortopedyczna do kończyn dolnych dwuramienna:<br>- aparat naciągowy - 2 szt.<br>- uchwyt stopy - 2 szt.<br>- podpórka teleskopowa ramion - 2 szt.<br>- podpórka uda mocowana do ramion przystawki z możliwością regulacji kąta nachylenia na uchwycie mocowanym do ramion przystawki oraz dodatkowo na przegubie kulowym umieszczonym pod płytą podpórki-1szt.<br>- wałek oporowy - 1 szt.<br>- buty ortopedyczne - 2 szt.<br>- zaczep uchwytu stopy – 2 szt.<br>- wspornik kolana przy ułożeniu bocznym pacjenta.<br>3. przystawka do gwoździowania – 1 szt.<br>4. podpórka pod rękę -2szt;<br>5. ramka ekranu- 1 szt;<br>6. wieszak kroplówki - 1 szt;<br>7. podpórki do ułożenia bocznego - 1 kpl,<br>8. wieszak na przystawkę ortopedyczną i wyposażenie – 1 szt.<br>9. przystawka do artroskopii kolana – 1 szt. | TAK, podać | |